

## **Graston Seti Teknik Şartnamesi**

1. Ürün kas tendon ve konnektif doku gibi elastik dokuların terapisi amaçlı olarak kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
2. Ürün insan vücudundaki yumuşak dokunun mobilizasyonu ve restorasyonu amaçlı kullanılmaya uygun özel boyutlarda ve şekillerde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Ürün uygun teknikler kullanılmıyyla skar dokunun lokalizasyonu ve ağrının belirlenmesi amaçlı kullanılabilmesi için yumuşak dokuya zarar vermeden, materyale uygun şekil verilerek dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Ürün seti içerisinde 6 (altı) adet farklı ebat ve büyüklerde parçalardan oluşmalıdır.
5. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş ve kişi vücudunda zarar vermeyecek şekilde özel kesim ile üretilmiş olmalıdır.
6. Ürün her türlü imalat hatalarına karşı iki yıl garanti kapsamında olmalıdır.